



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos

DESPACHO Nº 713/2025

ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – ITEM 3 (COLCHÃO ESPUMA CAMA ADULTO)

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda, referente ao Item 3 – Colchão Espuma Cama Adulto, cumpre esclarecer que o edital estabelece como referência as seguintes dimensões: comprimento: 188 cm, largura: 88 cm e altura: 14 cm, de forma APROXIMADA.

Dessa maneira, observa-se que o instrumento convocatório não exige medidas exatas, mas sim aproximadas.

Portanto, serão aceitos colchões que apresentem dimensões aproximadas às especificadas no edital.

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **May Socorro Martinez Afonso, Gerente de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos**, em 05/09/2025, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **7897968** e o código CRC **B56EEDC3**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar -
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 24.29.000029536-0

SEI Nº 7897968v1