



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos

PARECER TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº: 24.29.000029536-0

INTERESSADO: GERÊNCIA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO

Em atenção ao Despacho nº 540/2025 (7971205) da Presidência da Comissão Especial de Licitação, o qual solicita análise da proposta e documentação técnica (atestados, registros, licenças entre outros), apresentados pelas empresas arrematantes e emissão de **PARECER TÉCNICO** fundamentado, quanto ao atendimento do produto às especificações solicitadas no Edital de Licitação e seus anexos, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025**, a Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares informa abaixo parecer técnico:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PARECER TÉCNICO
1.	CAPA COLCHÃO COURO SINTÉTICO	UND	500	- O produto proposto pela empresa ANDRESSA PEREIRA AZARIAS COMERCIAL, marca PRÓPRIA (RESILIENZA), atende ao solicitado.
2.	COLCHÃO ESPUMA BERÇO	UND	60	- O produto proposto pela empresa OUROFLEX COMERCIAL LTDA, marca PRÓPRIA, atende ao solicitado.

3.	COLCHÃO ESPUMA CAMA ADULTO	UND	600	- O produto proposto pela empresa LIDER SUL COMERCIO DE COLCHOES LTDA, marca ULTRAFLEX, não atende ao solicitado. Após análise da amostra apresentada pela empresa, verificou-se que o produto ofertado não possui revestimento externo com capa 100% courvin (couro sintético), conforme solicitado no edital. - O produto proposto pela empresa OUROFLEX COMERCIAL LTDA, marca PRÓPRIA, atende ao solicitado.
4.	COLCHÃO ESPUMA MACA D28 OBESO	UND	200	- O produto proposto pela empresa LIDER SUL COMERCIO DE COLCHOES LTDA, marca ULTRAFLEX, não atende ao solicitado. Produto ofertado não possui revestimento externo com capa 100% courvin (couro sintético), conforme

				solicitado no edital.
				- O produto proposto pela empresa OUROFLEX COMERCIAL LTDA, marca PRÓPRIA, atende ao solicitado.
5.	COLCHÃO ESPUMA MACA D28 SOLTEIRO	UND	300	- O produto proposto pela empresa OUROFLEX COMERCIAL LTDA, marca PRÓPRIA, atende ao solicitado.
6.	TRAVESSEIRO HOSPITALAR	UND	600	- O produto proposto pela empresa INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA, marca ORTHOVIDA, atende ao solicitado.

O parecer técnico foi pautado sob a análise da proposta, ficha técnica e/ou amostra dos produtos ofertados e verificação da documentação de habilitação da empresa.

Diante do exposto, remetem-se os autos à Presidência da Comissão Especial de Licitação, para sequenciamento dos autos.

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **May Socorro Martinez Afonso, Gerente de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos**, em 25/09/2025, às 09:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **8083262** e o código CRC **DC994312**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar -
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 24.29.000029536-0

SEI Nº 8083262v1